

pour absorber l'humidité et protéger la peau péristomiale avec une urostomie

Etude de cas soumise par : Laetitia Quenault,
Infirmière stomathérapeute,
Hôpital Tenon - Paris

Antécédents

- Femme de 77 ans.
- 2017 - Carcinome urothélial. Pelvectomie et intervention de Bricker aboutissant à une urostomie.
- Juillet 2018 - Opérée d'un cancer du sein gauche et droit.
- 2021 - Eventration péristomiale diagnostiquée.

Problèmes rencontrés

- 2022 - Réaction cutanée érythémateuse avec apparition de plaques. La patiente présentait une importante éventration péristomiale mais refuse la reprise chirurgicale.
- La patiente ne veut pas porter de ceinture de maintien abdominal.
- Communication difficile. Une macération de la peau péristomiale était évidente sur les photos mais la patiente n'est pas à l'aise avec une consultation en face à face et préfère le téléphone.

Conseils de l'infirmière

Avril 22: - Irritation de la peau évidente. Après avoir essayé plusieurs produits, la patiente a accepté une consultation en personne pour trouver une solution.

En raison de la nature du cas, il était impératif de trouver rapidement une méthode efficace.

"Je devais agir vite et efficacement pour que la patiente soit en confiance et que l'on avance dans le soin."

L'infirmière lui a conseillé d'essayer l'anneau eakin **Cohesive**[®] large puis eakin **freeseal**[®] pour traiter les lésions cutanées péristomiales. Les anneaux ont été choisis car ils ont démontré leur efficacité sur l'absorption de l'exsudat et donc adapté à ce cas qui présente une macération.





...Il y a eu une
nette amélioration de
l'état de la peau péristomiale



“... la macération est moindre et elle n'a plus
de douleur”

Solution avec eakin freeseal[®]

Peau: Il y a eu une nette amélioration de l'état de la peau péristomiale.

Gestion de la stomie: La patiente continue d'utiliser eakin **freeseal**[®], la macération est moindre et elle n'a plus de douleur.



Mai 2022



Août 2022



Octobre 2022



Novembre 2022



L'état de la
peau continue
de s'améliorer
avec l'utilisation
d'eakin **freeseal**[®]

Il s'agit d'une étude de cas individuelle et, par conséquent, les affirmations faites correspondent à l'expérience de l'infirmière et n'ont pas été validées par eakin[®]